



**KVBB**

Kassenärztliche Vereinigung  
Brandenburg

Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg  
Fachbereich Qualitätssicherung  
Postfach 60 08 61  
14408 Potsdam

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Unternehmensbereich  
Qualitätssicherung / Sicherstellung

**Nur von der Herstellerfirma auszufüllen**

**Gewährleistungsgarantie**  
über die apparative Ausstattung zur Aufzeichnung und Auswertung  
von Langzeit-EKG-Untersuchungen

**I. Angaben zur Person:**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Praxisanschrift: \_\_\_\_\_

**II. Gerät zur Aufzeichnung**

Herstellerfirma: .....

Gerätebezeichnung: .....

Baujahr: .....

Apparatur betriebsbereit ab: .....

Standort d. Gerätes:

Praxis: .....

Anschrift

Nebenbetriebsstätte: .....

Anschrift

*Hinweis: Für jede Betriebsstätte Formular gesondert ausfüllen!*

**Erklärung:**

Das angegebene Gerät gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner, mindestens 2-kanaliger-EKG-Ableitung

Das Aufnahmegerät entspricht der unter Abschnitt B der Vereinbarung der KBV vom 12. Dezember 1991 zur Durchführung von Langzeit-EKG Untersuchungen in der kassen-/vertragsärztlichen Versorgung geforderten Mindestausstattung.

### III. Gerät zur Auswertung

Herstellerfirma: .....

Gerätebezeichnung: .....

Baujahr: .....

Apparatur betriebsbereit ab: .....

Standort d. Gerätes:

Praxis: .....

Anschrift

Nebenbetriebsstätte: .....

Anschrift

*Hinweis: Für jede Betriebsstätte Formular gesondert ausfüllen!*

#### **Erklärung:**

Die kontinuierliche oder diskontinuierliche Auswertung stellt sicher, dass alle wichtigen Ereignisse erfasst werden

Als wichtige Ereignisse gelten:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Asystolie über 2,0 sec. Dauer | - höhergradige tachykarde ventrikuläre |
| - supraventrikuläre Tachykardie | Rhythmusstörungen                      |
| - Vorhofflimmern                | - Kammertachykardie                    |
| - Vorhofflattern                | - Kammerflattern                       |
| - ventrikuläre Extrasystolen    | - Kammerflimmern                       |

Der im Auswertesystem verfügbare Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass auch bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

Das Auswertegerät ermöglicht die computergestützte Auswertung eines kontinuierlich aufgezeichneten Langzeit-EKG von mind. 18 Stunden Dauer.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Stempel und Unterschrift  
des Herstellers)